

Утверждаю

И.О. главного врача КГП на ПХВ
«Бородулихинская центральная
районная больница» УЗ ВКО



Нурекинов О.З.

августа 2019 г
приказ №259 от 13.08.2019г

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

предоставляемая потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере №3 «Аппарат для ингаляционной терапии» для КГП на ПХВ «Бородулихинская центральная районная больница» УЗ ВКО на 2019 год

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере №3 «Аппарат для ингаляционной терапии» для КГП на ПХВ «Бородулихинская центральная районная больница» УЗ ВКО на 2019 год, (далее – тендерная документация) разработана в соответствии с Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, (далее – Правила).

Организатор тендера:

КГП на ПХВ «Бородулихинская центральная районная больница» УЗ ВКО, Восточно-Казахстанская область, с. Бородулиха, ул. Ф.Середина, 66, БИН 080640019859, ИИК KZ116017261000000216, БИК HSBKKZKX, АО «Народный банк Казахстана, КБе 16.

Тендерная документация предоставляется бесплатно.

1. Общие положения

1.1. Тендер №3 «Аппарат для ингаляционной терапии» проводится с целью выбора поставщика(ов) по закупке медицинского оборудования для КГП на ПХВ «Бородулихинская центральная районная больница» УЗ ВКО на 2019 год.

1.2. Настоящая тендерная документация включает в себя:

- 1) состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям главы 3 и закупаемых товаров - главе 4 настоящих Правил;
- 2) технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации;
- 3) объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупки по каждому лоту;
- 4) место, сроки и другие условия поставки;
- 5) условия платежей и проект договора закупки по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения;
- 6) требования к языкам тендерной заявки, договора закупки;
- 7) требования к оформлению тендерной заявки;
- 8) порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки;
- 9) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки;
- 10) место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия;
- 11) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними;
- 12) место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками;
- 13) процедуру рассмотрения тендерных заявок;

Технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации

Техническая спецификация Лот №1

№ п/ п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Аппарат для ингаляционной терапии (физиокабинет)			
2	Требования к комплектации	№ п /	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единиц измерения)
Основные комплектующие					
		1	Ингалятор ультразвуковой	Ингалятор ультразвуковой индивидуальный для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания аэрозолями лекарственных средств - медицинский аппарат для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания с использованием аэрозолей лекарственных препаратов, в том числе содержащих спирт, растительные масла (облепихи, шиповника, эвкалипта, мяты и т. д.).	1 шт.

			В ультразвуковых ингаляторах аэрозоль создается при помощи высокочастотного звука, и препараты распыляется на необходимую область. Способ получения аэрозоля при помощи ультразвука позволяет достичь оптимальной концентрации и мелкодисперсности, при этом препарат расходуется экономично, а производительность поддерживается на высоком уровне. Распыленный препарат вместе с током воздуха глубоко проникает в органы дыхания и равномерно распределяется по поверхности слизистых оболочек, оказывая положительный эффект в очаге поражения. Технические характеристики: • режим работы — не менее 10 мин работа, 5 мин перерыв; • распыляемый объем залитого в камеру лекарственного препарата — не менее 5 мл; • производительность распыления — не менее 0,4 мл/мин; • питание — 220 В, 50 Гц; • номинальная мощность — не менее 30 Вт; • масса (без упаковки) — не более 900 г; • диаметр частиц основного спектра аэрозоля — не более 5 мкм; • габаритные размеры — не более 250×196×73,5 мм.	
		2	Пластиковый электронный блок с крышкой	1 шт.
		3	Распылительная камера	1 шт.
		4	Герметизирующие прокладки	2 шт.
		5	Штуцер	1 шт.
		6	Маска детская лицевая	1 шт.
		7	Лицевая маска для взрослых	1 шт.
		8	Носовая насадка	1 шт.

		9	малая (детская) Носовая насадка большая (для взрослых)		1 шт.
3	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12			
4	Срок поставки МТ и место дислокации	60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»			
5	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий			

Условия ко всем пунктам технической спецификации.

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товара должна быть не ранее 2018 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием

Объем закупаемых товаров, суммы выделенные для их закупа

№ П/п	Наименование МТ	Наименование заказчика	Условия и место поставки	Кол-во на 2019 год	Цена за ед. (тенге)	Сумма (тенге)	Условия оплаты	Срок поставки
1	Аппарат для ингаляционной терапии (физиокабинет)	КГП на ПХВ «Бородулихинская центральная районная больница» УЗ ВКО	DDP Инкотермс 2010 Восточно- Казахстанская область, Бородулихинский район, поселок Жезкент, улица 60 лет КССР, 12	1	3 000 000	3 000 000	Авансовый платеж поставщику 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	60 календарных дней после заключения договора
	ИТОГО			1		3 000 000		